

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：THCG22059 FS34082520220247号

原公告的采购项目名称：太湖县中医院采购数字化X射线摄像系统项目

首次公告日期：2022年8月24日

## 二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

1.原招标文件第三章“评标方法和标准”第4.4款中评分项业绩中内容修改为：自2019年01月01日以来（以签订合同时间为准），投标人所投产品具有采购方为最终用户的供货业绩，每提供一项，得2分，最高得10分。……

2.原招标文件第三章“评标方法和标准”第4.4款中评分项技术指标响应情况中内容修改为：技术参数的响应情况进行评审：（1）完全满足或优于招标文件技术参数要求的得12分；（2）非“★”号和非“\*”号参数每有一项负偏离或不满足的，扣1分，扣完为止；（3）“★”号参数每有一项负偏离或不满足的，扣6分，扣完为止；（4）“\*”号参数每有一项负偏离或不满足的，扣2分，扣完为止，“\*”号参数有三项或以上负偏离或不满足的，按无效标处理。……。

3.原招标文件第四章“采购需求”增加第（六）条，内容如下：

（六）其它要求：

1、整机免费保修期（含所有零部件，包括球管、探测器和工作站等）3年，提供配置清单。

2、保修期内的开机率（按365天/年计） $\geq$ 95%。

3、所投产品厂家在安徽省设有维修站及维修工程师提供，并在售后服务承诺中体现（提供承诺函）。

4、配备三相全自动补偿式稳压电源，须与所投直接数字化X射线摄影系统（DR）设备相匹配；具有过压

、过流、缺相，相序保护（单相无缺相及相序保护）及机械故障保护功能；符合国家相关行业标准认定标准。

5、配备空调两台（挂机与柜机各1台）及除湿器，符合DR操作环境的使用。

6、中标单位负责机器完整安装和正常开机使用，负责机房防护（含铅门2扇、铅玻璃1块等防辐射工程），及预控评检测，并符合国家相关行业检测及认定标准。

7、配套费用：提供配套零配件供货价格及设备出保后全保费用供业主参考。信息端口：免费开放所有信息端口，根据医院需求免费提供相关数据的无线传输装置（含数据软件）；

8、所投设备具有二类医疗器械注册证。

更正日期：2022年08月26日

### 三、其他补充事宜

此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：太湖县中医院

地址：太湖县晋熙镇人民路537号

联系方式：13966935200

#### 2. 项目联系方式

项目联系人：程女士

电话：13966935200