

采购需求

1. 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2. 下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
3. 成交供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；如成交供应商因未及时现场考察而导致的报价缺项漏项或成交后无法完工，成交供应商自行承担一切后果。

一、商务要求：

序号	商务条款名称	具体要求内容
1	付款方式	根据采购量半年支付一次费用，合同履行结束后支付剩余费用。
2	供货及安装地点	怀宁县中医医院
3	供货及安装期限	自合同签订之日起 1 年。按量采购据实结算，超过预算金额或此项目如果国家集采政策执行时合同自动终止。
4	免费质保期	两年
5	包装要求	除另有约定外, 供应商交付全部货物的包装要求严格按照国家强制标准执行。

二、技术要求

序号	货物名称	技术参数要求	单位	最高单价限价	数量	所属行业
----	------	--------	----	--------	----	------

1	一次性使用便携式输注泵（非电驱动）	用于分娩镇痛 1) 规格型号：CBI 可切换型 2) 标称容量：50ml、100ml、200ml 3) 标称流量：2ml/8ml/10ml、4ml/6ml/10ml、8ml/12ml/20ml 4) 流量偏差：标称流量±15%以内 5) 胆囊：透气不透水（具有自动排气功能） 6) 过滤器：精密排气过滤器 7) 医用三通：进口材质 8) 流速：通过三通阀实现三流速可切换 9) 各项参数符合 YY0451-2010 行业标准 10) 体系认证：符合 GB/T19001-2016 或 YY/T0287-2017 11) 要求：环氧乙烷灭菌、一次性使用 12) 产品灭菌有效期：两年 13) 包装：透析纸 14) 注册证使用范围：适用于在临床微量给液治疗中（如静脉、皮下）持续注射药液用。 15) 组件需包括：三通阀，可切换限流装置。产品构成必须与注册证保持一致。	支		待定	制造业
2	一次性使用便携式输注泵（非电驱动）	1) 规格型号：CBI 可切换型、CBI 可切换型（丙泊酚）、CBI 型氟比洛芬酯、CBI 型氟尿嘧啶 2) 标称容量：50ml、100ml、200ml 3) 标称流量：2ml/h、3ml/h、4ml/h、5ml/h、6ml/h、8ml/h、10ml/h、12ml/h、14ml/h、15ml/h、16ml/h、18ml/h、20ml/h、25ml/h、30ml/h、35ml/h、40ml/h、50ml/h 4) 流量偏差：标称流量±15%以内 5) 胆囊：透气不透水（具有自动排气功能） 6) 过滤器：精密排气过滤器（进口过滤膜） 7) 医用三通阀：进口材质 8) 流速：通过三通阀实现三流速可切换 9) 各项参数符合 YY0451-2010 行业标准 10) 体系认证：符合 GB/T19001-2016 或 YY/T0287-2017 11) 要求：环氧乙烷灭菌、一次性使用 12) 产品灭菌有效期：两年 13) 包装：透析纸 14) 第三方机构出具的产品检验报告。（检测报告投标响应文件中提供或者供货前提供加盖成交供应商公章的复印件及原件至采购人核查。如果不能按要求提供或者提供虚假材料的报主管部门处理，承担相应的法律责任。） 15) 注册证使用范围：适用于在临床微量给液	支	220 元	待定	制造业

		治疗中（如静脉、皮下）持续注射药液用。 16）组件需包括:三通阀，可切换限流装置。 产品构成必须与注册证保持一致。				
	<p>说明：</p> <p>1、响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。</p> <p>2、本项目核心产品为一次性使用便携式输注泵（非电驱动）。</p> <p>3、本项目主要标的为表中序号为<u>1、2</u>的设备，主要标的名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息将在成交结果公告中公示。</p> <p>4、所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人报监管部门并追究违约责任。</p> <p>5、响应人应按照询价通知书要求提供证明材料。若响应人提供了询价通知书未要求的证明材料，询价小组将不予评审。</p> <p>6、响应人提供的证明材料须清晰的反映评审内容，如因材料模糊不清，导致询标小组无法辨认的，询标小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。</p>					

三、报价要求

- 1、本项目采用固定总价的采购方式，投标响应单位总价均是 50 万元整投标时不得变动。
- 2、本项目设置最高投标单价为 220 元/支，投标响应单位投标单价不得高于最高投标单价，投标单价四舍五入保留两位小数。响应文件格式中报价表只允许有一个单价报价，多个单价报价无效。
- 3、投标响应人根据项目预算资金和报价表中填报的单价确定最终采购的数量，采购数量以**整数**填报。

四、验收

成交供应商和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。