

# 安庆医药高等专科学校康养产业学院实训基地教学配套设备采购项目（三次）更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：H0JCCG24D01G0471 JC34080120240683号

原公告的采购项目名称：安庆医药高等专科学校康养产业学院实训基地教学配套设备采购项目（三次）

首次公告日期：2024年11月21日

## 二、更正信息

更正事项：采购公告、采购文件

更正内容：（一）第三章 采购需求中

- 1、第14项产品“智能拐杖”中“14、TYPE-C、Lightning等高速接口充电”更正为：“14、有高速接口充电”。
- 2、第14项产品“智能拐杖”中“技术要求：6、主控:4SAS1601”更正为：“6、主控:低功耗主控”。
- 3、第12项产品“智能床垫”中“2.8.处理器构架：ARM构架”更正为：“2.8.处理器构架：通用构架”。
- 4、第31项产品“早老干预系统”中“★1.智能筛查模式:根据患者的临床表现，以及总结CCSE、MISe、L0tC4量表、长谷川痴呆量表、失认症评定、Rivermead 行业记忆试验、记忆功能障碍复查等多种传统痴呆临床的筛查方案，系统设计出了包括定向、知觉、视动作组织、思维运作、注意和集中力的多种能力筛查维度。”更正为：“根据患者的临床表现，可以依据相关的量表进行智能筛查。”
- 5、第52项产品“半失能老年模拟人”中“1.模型为老年人，解剖标志明显，可进行床上擦浴及更衣、瞳孔观

察示教、外耳道冲洗。配有高清协助患者翻身侧卧法教学视频；2. 可进行病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法、轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。配有高清约束具的使用教学视频；3. 鼻饲术、洗胃法：插胃管达到 45-55cm 时，可抽出模拟胃液。配有高清鼻饲法教学视频；4. 头部护理：洗头、洗脸，眼、耳、鼻的清洗护理。5. 可互换男女导尿、留置导尿、膀胱冲洗。配有高清导尿术和膀胱冲洗术教学视频；6. 可做的注射操作：肌肉注射、皮下注射。配有高清肌内注射给药法和皮下注射给药法教学视频；7. 可进行手臂静脉穿刺、注射、输液（血）。配有高清静脉输血法教学视频。8. 可进行胸腔、腰椎、骨髓、腹部穿刺；9. 氧气吸入法、雾化吸入法、吸痰法。配有高清吸痰法和氧气雾化吸入给药法教学视频；10. 可实现灌肠操作、压疮护理。配有高清灌肠术教学视频。11. 造瘘口护理、造瘘引流术。12. 可进行气管切开后护理。13. 口腔护理、假牙护理。配有高清口腔护理教学视频。14. 无创血压测量。15. 男性。16、质保期 1 年”更正为：“1. 模型为老年男性，高分子环保材料制成，肤质仿真度高，解剖标志明显，可触及两乳头及剑突，皮肤褶皱，形象逼真。2. 关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种；3. 床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法；4. 瞳孔示教：一侧散大，一侧正常。5. 鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液；6. 洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为500ml左右；7. 导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角左右，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液；8. 灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。9. 造瘘口护理：可进行造瘘口清洗；10. 口腔护理：有活动义齿；11. 气管切开后护理；12. 肌肉注射：上臂、臀部和股外侧均有肌肉注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换；13. 右手均有手背静脉网，头静脉、贵要静脉，可进行静脉输液、采血等操作；14. 其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、耳道冲洗及褥疮等多项护理操作；15、质保期 1 年。”

6、第53项产品“多功能失能老年模拟人”中“1. 全身老年人体征，可进行老年照护练习，如轮椅搬运技巧、入浴练习、排泄实习、体位变换练习等；2. 模拟人身高约 150CM，重约 12KG，全身所有外观部分材质柔软，如同真实人体触感；3. ★采用仿生硅胶材质，全身皮肤接近真人肤色，皮肤细腻、手感真实，造型逼真，皮肤、身体柔软有弹性。要求拉伸强度 $\geq 5\text{Mpa}$ ，拉断伸长率 $\geq 500\%$ 。4. 模拟人采用一体成型工艺，手臂关节，腿部关节由完全内置金属骨架实现自然旋转，不需要螺丝/橡皮筋等外部固定组件，手臂和腿部覆盖无缝整体皮肤，完全仿真；5. 全身皮肤一体成型，无人体各关节接缝，可实际进行下水入浴练习，水不会渗入人体；6. 为女性老人假病人，具有下垂

之胸部及女性外阴部构造；7. 内部骨骼设计可实际触摸，包含头骨、肩、肘、手指、手腕、腰部、膝盖等；8. 特殊的四肢和指关节设计，可实际触摸到骨骼，并仿照出真实老人手指关节僵硬感；9. ★膝关节正常屈膝，正常弯曲 90°，复位 $\geq 10000$  次，表面无裂纹、破损。 10. ★手指关节可正向弯曲 90°，复位 $\geq 5000$  次，表面无裂纹、破损。11. 头颈部可前后左右自由转动，可做出低头与抬头动作并可自行固定，无需外力辅助；12. 脸部及各部位皮肤皆仿老人皮肤皱纹，手掌附有掌纹设计；13. 活动式关节设计，可设置各种护理体位，可设置各种老年偏瘫症状，并可独自坐立不需搀扶，无需外力辅助；14. 可动式上下颌设计，模拟真实口腔运动，可练习口腔清洁（口内假牙可取出清洗）；15. 可再现老人特有的背部前倾状态，可以模拟坐轮椅的患者护理；16. 腿部前后及外展运动自如，髋关节可充分打开，可训练使用尿盆等便器辅助排便排尿，也可训练直接从肛门处取出模拟粪便。17、质保期 1 年 ”更正为：“1. 全身老年人体征，可进行老年照护练习，如轮椅搬运技巧、入浴练习、排泄实习、体位变换练习等；2. 模拟人身高140--180CM之间，，重不超过 15KG，全身所有外观部分材质柔软，如同真实人体触感；3. 全身皮肤接近真人肤色，皮肤细腻、手感真实，造型逼真，皮肤、身体柔软有弹性。 4. 模拟人采用先进成型工艺，手臂关节，腿部关节由完全内置金属骨架实现自然旋转，完全仿真。5. 全身皮肤采用先进成型工艺，可进行下水入浴练习；6. 为女性老人假病人，具有下垂之胸部及女性外阴部构造；7. 特殊的四肢和指关节设计，可实际触摸到骨骼，并仿照出真实老人手指关节僵硬感；8. 膝关节正常屈膝90度左右。9. 手指关节可弯曲90度左右。10. 头颈部可前后左右自由转动，可做出低头与抬头动作并可自行固定，无需外力辅助；11. 脸部及各部位皮肤皆仿老人皮肤皱纹，手掌附有掌纹设计；12. 活动式关节设计，可设置各种护理体位，可设置各种老年偏瘫症状，并可独自坐立不需搀扶，无需外力辅助；13、质保期 1 年 。”

7、第62项产品“同轴吸顶音箱”中“为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，投标产品必须与功放同一品牌，否则按无效标处理。”更正为：“为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，投标产品必须与功放相匹配，能正常使用。”

8、第63项产品“两通道功放”中“为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品必须与“同轴吸顶音箱”同一品牌，否则按无效标处理。”更正为：“为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品必须与“同轴吸顶音箱”相匹配，能正常使用。”

（二）提交投标文件截止时间、开标时间均延期至2024年12月16日09时00分

更正日期：2024年11月29日

**三、其他补充事宜:** 采购文件其他内容不变。此公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。请供应商及时下载。

**四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。**

1. 采购人信息

名 称：安庆医药高等专科学校

地 址：安徽省安庆市宜秀区大龙山镇集贤北路1588号

联 系 人：张新华

联系方式：0556-5306177

2. 采购代理机构信息

名 称：安庆市公共资源交易中心

地 址：安庆市大观区龙山路213号

联 系 人：华凡刚

联系方式：0556-5991151

3. 项目联系方式

项目联系人：张新华

电 话：0556-5306177