

第三章 采购需求

本项目采购标的的所属行业：其他未列明行业

一、商务要求：

序号	条款名称	具体要求内容
1	付款方式	1、全部设备搬迁至指定地点，安装调试、经验收合格后在供应商开具发票后一次性付清。2、如成交供应商为中小微企业，合同生效且提供预付款等额保函后，采购人向供应商支付签订合同总价款的 40%，全部设备搬迁至指定地点，安装调试、经验收合格后在供应商开具发票后付清余款。
2	服务地点	潜山市立医院，采购人指定地点。
3	服务期限	自合同签订之日起 7 日历天内完成交货、安装、调试等工作。

二、服务需求

1、移机项目清单：

序号	名称	型号	厂家	数量	要求
1	脉动真空灭菌器	MAST	山东新华	1	包括但不限于拆机、装机、运输、调试及附属设备的移机安装等
2	磁共振（1.5T）	Avanto DOT	西门子	1	包括但不限于拆机、装机、运输、调试、磁屏蔽工程、机房内装修、改造及附属设备的移机安装等且装机后液氮不得低于移机前记录
3	医用 X 射线计算机断层扫描装置（63 排 CT）	Revolueion Acc ES	通用电气	1	包括但不限于拆机、装机、运输、调试、机房内装修、改造、及附属设备的移机安装等
4	医用 X 射线计算机断层扫描装置（64 排 CT）	OptimaCT680	通用电气	1	
5	医用 X 射线计算机断层扫描装置（40 排 CT）	uCT528	联影	1	
6	数字化 X 射线系统（双板 DR）	Definium 6000	通用电气	1	包括但不限于拆机、装机、运输、调试、机房内装修、改造、槽钢

7	数字化 X 射线系统 (动态 DR)	DT570S	深圳安 键	1	及附属设备的移机安装等
8	医用血管造影 X 射 线机 (DSA)	Optima IGS330	通用电 气	1	
9	电位测听仪	DK5610 Assens AD229B (REF)	丹麦国 际 Eclipse	1	包括但不限于拆机、装机、运输、 调试及测听室改造装修安装
10	声阻抗仪	AT235	丹麦国 际 Eclipse	1	
11	手术室、ICU、麻醉 科设备 (手术床及相 关设备)			1	包括但不限于拆机、装机、运输、 调试及附属设备的移机安装等
12	内镜中心 (喉镜、支 气管镜) 洗消设备			1	包括但不限于拆机、装机、运输、 调试及附属设备的移机安装等

备注：供应商自行踏勘现场，货物安装、调试所产生的水电费和施工、改造及水电通信管线敷设等满足设备使用需求所产生的费用均包含在响应报价中；除磁共振一个机房、CT 一个机房、DSA 一个机房外的所有机房、控制廊及 DSA 设备通道等发泡混凝土回填（约 140m³）费用均包含在响应报价中；移机过程中的机房、控制廊及设备通道等拆改所产生的相关费用均包含在响应报价中；成交后与使用科室进行对接，按使用科室需求完成安装调试，如需改造，费用均包含在响应报价中，供应商自行承担。

注：需在服务需求响应表如实填写。

2、移机服务内容：

2.1 移机服务内容包括现有机器及附属设备的拆卸、运输和重新安装、调试设备包装、拆装、搬运及吊装（包括搬运工具、人员）等，由成交人组织实施并承担相关费用，医院负责协调。

2.2 成交人在搬运机器前首先与设备维保公司对接：对机器初始状态进行检测，记录机器技术参数，保证设备安装后达到初始状态。

2.3 成交人需配合医院完成设备辐射安全许可证、放射诊疗许可证等相关证件的办理。

2.4 成交人需购买履约过程中包含但不限于设备、人员等相关的一切保险，成交人自行承担一切风险。

2.5 合同价格包括：所有移机项目内容涵盖的费用，包括移机过程可能更换的配件费、材料费、差旅费、住宿费等因移机产生的一切费用。

注：需在服务需求响应表如实填写。

3、服务要求：

3.1 成交后在规定时间内承办商需要提供完善的医疗设备搬迁物流方案和各科室的医疗设备明细台账。

3.2 供应商对本项目拟派的技术人员具备熟练操作本项目中医疗设备搬迁、迁移和安装的工作能力。

3.3 供应商应负责全面规划好从老院区到新院区的医疗设备搬迁工作，确保迁移后的医疗设备达到标准化、合理化正常使用要求，并保证设备迁移过程中现有系统运行风险降到最低；包含设备的拆卸、封装、搬迁、运输及安装调试等服务。

3.4 医疗设备的搬运与迁移方案必须周密细致、切实可行，并满足医院的整体搬迁方案及搬迁时间要求。

3.5 设备搬迁要求：

3.5.1 配备主要零配件（响应文件中需提供零配件照片等相关证明材料）

3.5.2 将设备及附属设备从现有机房移动到新机房并给出具体规划及设计图纸；

3.5.3 移机过程中出现的任何设备损坏均需提供维修及配件更换服务，费用包含在投标报价中。

3.5.4 防范医疗设备的搬运与迁移风险，制定应急预案和解决措施：

3.5.5 设备故障风险，制定设备在搬迁过程中所出现的调试故障；

3.5.6 操作风险，大型设备搬迁等均属于高风险操作，操作复杂且无法进行演练，制定搬迁过程中可能由于操作问题带来安全隐患；

3.5.7 人员风险，在搬迁过程中现有技术人员既要负责搬迁工作，又要负责日常生产运行的维护管理，制定搬迁人员数量和专业能力的风险；

3.5.8 自然风险，设备搬迁运输过程中出现暴雨、狂风、冰雹、洪水等不可控的自然灾害，制定搬迁过程中对于设备带来的安全隐患；

3.5.9 以上及其余不可预知风险，如运输途中交通事故影响、系统的意外瘫痪、供电线路不稳定等等问题皆由供应商负责相应损失；

3.6 供应商自行负责与本项目相关的技术人员、技术装备、包装材料、吊装设备、搬运设备、设备搬运中固定设施防雨设施及运输车辆等物资配备。

3.7 供应商的项目技术方案内应包含以下内容：移机计划、机房环境标准、设备位置规划、系统健康检查（外观确认、系统工程站确认、设备性能检查）、搬迁物流安排、环境保护、停机计划、风险应对措施等。

3.8 供应商需提供为确保项目实施时间而采取的保障措施及延误处罚承诺。
(响应文件需提供保障措施和延误处罚, 格式自拟)

3.9 对于临时搬迁需求, 供应商应在接采购人指令后 24 小时内落实人员、车辆到位。(响应文件需提供承诺函, 格式自拟)

注: 需在服务需求响应表如实填写。

备注: 供应商应按照磋商文件要求提供证明材料。若供应商提供了竞争性磋商文件未要求的证明材料, 磋商小组将不予评审。

供应商提供的证明材料须清晰地反映评审内容, 如因材料模糊不清, 导致磋商小组无法辨认的, 磋商小组可以不予认可, 一切后果由供应商自行承担。